

Címzett: Valamennyi ajánlattevő

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2.

Tisztelt Ajánlattevő!

Ajánlatkérő a „GINOP.2.2.1-15-2016-00015 projekt keretében kutatást támogató eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

2017. október 3. napján érkezett kérdések

1. Kérdés:

A 7. rész (laboratóriumi bútorok), műszaki leírásában szerepelnek olyan berendezések, melyek véleményünk szerint nem ebbe a csoportba tartoznak (pl. kompresszor, szivattyú, hűtő- és fagyasztószekrény, víztisztító) kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy nem történt-e elírás, és a nevezett tételek nem az előző (6.) részhez tartoznak-e.

Válasz: A közbeszerzési kiírásban nem történt elírás.

2. Kérdés:

4. részajánlati kör; 1. tétel: Oszcilloszkóp

Piackutatásunk szerint a referenciatípusként megadott MSO3054 oszcilloszkóp már nem rendelhető. A kifutott termék lehetséges helyettesítő eszköze (bevezetett új típus: MDO3054) azonban az alábbi paraméterében eltér a referenciatípustól. A kiírásban 700 ps van megjelölve, mint kalkulált felfutási idő (megjegyzés: 5 mV/div beállításnál kalkulálva), míg a helyettesítő termék esetében ugyanez a paraméter 800 ps, de 10 mV/div beállításnál.

Fentieket figyelembe véve kérdésünk, hogy elfogadható-e a 800 ps (10 mV/div beállításnál), mint kalkulált felfutási idő a kiírásban megadott 700 ps (5 mV/div beállításnál) helyett?

Válasz:

A tervezett felhasználás szempontjából a 800ps-os érzékelés idő nem okoz gondot, ami nem megengedhető, hogy mindazt 10 mV mellet tudja a készülék. A felhasználáskor 5-7 mV körüli érzékenységre lesz szükség. A Kérdező által megnevezett típus ebben a tartományban nem rendelkezik meghatározott értékekkel, így nem alkalmazható nagy biztonsággal.

Ajánlatkérő nem fogadja el a Kérdező által megnevezett típusú eszközt tekintettel arra, hogy a kiírásban foglaltakkal nem tekinti azt egyenértékűnek.

3. Kérdés:

4. részajánlati kör – 4. tétel: digitális multiméter:

Piackutatásunk szerint a referenciatípusként megadott 34401A multiméter már nem rendelhető. Ez az információ a gyártói weboldalon is elérhető. A kiírásban szereplő, minden elvárt kritériumnak megfelelő, lehetséges helyettesítő eszközök esetében azonban a kiírásban szereplő RS232 csatlakozó már nem érhető el. Mindegyik helyettesítő termék esetében gyárilag már az RS232-nél modernebb, jobb, USB csatlakozó biztosított.

Kérdésünk, hogy elfogadható-e a kiírásban szereplő RS232 csatlakozó helyett az újabb, USB csatlakozó, amennyiben a helyettesítő termék minden más elvárásnak megfelel?

Válasz:

Az RS232 és/vagy IEE488 interface megléte feltétlenül szükséges mivel a kialakításra kerülő mérőrendszer vezérlő egysége csak az előzetes tesztek folyamán lesz PC vagy más asztali számítógép. A végleges rendszerben valami más vezérlő egység kialakítására kerül sor. A vezérlőegységben az USB host kommunikáció kialakítása aránytalanul sok munkát jelentene, így nem tudjuk használni az Önök által ajánlott kizárólag USB kommunikációra alkalmas mérőműszert. További szempont, hogy a referencia típusként megadott műszert nagy sebességű folyamatos mérésre kívánjuk felhasználni. Kérem, legyenek tekintettel a maximális mintavételezési és átlagolási lehetőségekre az ajánlat kialakítása során.

Ajánlatkérő nem fogadja el a Kérdező által megnevezett típusú eszközt tekintettel arra, hogy a kiírásban foglaltakkal nem tekinti azt egyenértékűnek.

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy irodánk elérhetősége:
1141 Budapest, Komócsy u. 5. I. emelet
hétfő-péntek: 9.00-16.00

Kérjük, hogy az ajánlat leadásának várható idejét előzetesen egyeztessék az alábbi email címen:
titkarsag@gvckft.hu

Budapest, 2017. október 13.

Üdvözlettel:



Bálint Gyöngyi
Felelős Akkreditált Közbeszerzési
Szaktanácsadó
Lajstromszáma: OO700